



GENESEED® circRNA/miRNA In situ hybridization test kit (Biotin, Red)

产品规格

产品名称	货号	规格
GENESEED® circRNA/miRNA In situ hybridization test kit (Biotin, Red)	H0102	50T

应用范围

1. 探针：Biotin 标记的 circRNA/miRNA 探针；
2. 标本：石蜡组织切片、细胞爬片、滴片、涂片、冰冻切片。

试剂盒组成

试剂组分	规格	数量	储存
Solution A	15 mL	1	2 ~ 8°C
Solution B	15 mL	1	2 ~ 8°C
Solution C	15mL	1	2 ~ 8°C
circRNA/miRNA Hybridization Buffer	10 mL	1	2 ~ 8°C
Blocking Buffer I	10 mL	1	2 ~ 8°C
Washing Buffer(10×)	50 mL	4	2 ~ 8°C
Anti-Biotin, Rhodamine-Conjugate	50 μL	1	-25 ~ -18°C, 避光
DAPI-Antifade Solution	1 mL	1	-25 ~ -18°C, 避光

- 注意：1. circRNA/miRNA Hybridization Buffer 低温储存时冻结，需在 37°C水浴至完全溶解后混匀使用；
2. Washing Buffer(10×)，稀释前必须摇匀，摇匀后呈浑浊白色液态，稀释后变澄清，且有少量泡沫；
3. Anti-Biotin, Rhodamine-Conjugate 和 DAPI-Antifade Solution 注意避光保存；



需要自备的试剂、耗材和仪器

circRNA/miRNA 探针、二甲苯或其替代品、100%/85%/70%乙醇、4%多聚甲醛、FISH 封片胶（烘箱杂交时可不使用）、0.1% DEPC 水、PBS pH7.0（使用 DEPC 水配制）；

盖玻片、染缸、镊子、避光湿盒、0.2mL 离心管；恒温箱、水浴锅、荧光显微镜。

实验步骤（以下步骤是常规步骤，根据不同标本类型及固定试剂等要进行条件优化。需要对 Solution A、Solution B、Solution C 进行试剂的延长或者缩短，实验中使用的 PBS 均使用 DEPC 水配制。）

DAY 1

1. 预处理

1) 石蜡组织切片：二甲苯脱蜡，5min/次，3 次；依次浸入无水乙醇、85%乙醇、70%乙醇各 5min；随后浸入 PBS，5min/次，1 次；

2) 细胞爬片、滴片、涂片：用多聚甲醛固定约 20min 后，浸入 PBS，5min/次，1 次；

3) 冰冻切片：浸入 PBS，5min/次，1 次；

2. 将 Solution A 滴加在标本上，室温静置 20min（根据标本的薄厚、标本类型、标本老化程度可适当调整时间）；

3. 吸去 Solution A，滴加 Solution B，室温静置 15min（根据标本的薄厚、标本类型、标本老化程度可适当调整时间）；

4. 吸去 Solution B，在 PBS 溶液中浸泡 5min；滴加 Solution C，室温静置 15min（根据标本的薄厚、标本类型、标本老化程度可适当调整时间），用 PBS 洗涤 5min；

5. 甩去残留在标本上的 PBS，在标本上滴加 4%多聚甲醛，室温固定 15min（建议在通风橱中进行）；

6. 吸去 4%多聚甲醛，在 PBS 溶液中浸泡 5min，洗涤后甩去残留 PBS；

7. 预杂交

在标本上滴加 50~100 μ L circRNA/miRNA Hybridization Buffer，盖上盖玻片，放入湿盒中，于恒温箱中 55 $^{\circ}$ C 孵育约 1 小时；

8. 吸去标本上的 circRNA/miRNA Hybridization Buffer；

9. 准备探针

将探针与 circRNA/miRNA Hybridization Buffer 按 1:50~200 稀释（具体稀释比例根据实际情况调整），混合均匀后，85 $^{\circ}$ C 变性 3min，4 $^{\circ}$ C 平衡 2min；



10. 杂交

滴加 20 ~ 50 μ L 平衡后的探针，盖上盖玻片，用 FISH 封片胶封片，37 $^{\circ}$ C ~ 42 $^{\circ}$ C 杂交 16 ~ 72 小时；

Day 2

11. 洗涤

Washing Buffer (10 \times) 与 0.1% DEPC 水按 1: 9 混合均匀，配成工作液，揭去 FISH 封片胶，将标本放入 Washing Buffer 工作液中，洗涤至盖玻片自动脱落，再将标本移至新的 Washing Buffer 工作液（预热至 42 $^{\circ}$ C），洗涤 2min，再移到室温的 Washing Buffer 工作液，洗涤 8min（常温洗涤时间和次数可根据实际实验适当调整，但不可过长，如若背景过高，洗涤时可适当摇晃）；

12. 滴加 100 μ L Blocking Buffer I 覆盖组织，放入湿盒中 37 $^{\circ}$ C 孵育 30min；

以下步骤注意避光

13. 将 Anti-Biotin, Rhodamine- Conjugate 与 Blocking Buffer I 按 1: 50~200 稀释，混匀后加 2 ~ 3 滴至标本上，盖上盖玻片，放入湿盒中，在暗处 37 $^{\circ}$ C 孵育约 1 小时；

14. 将标本浸入 PBS 中，待盖玻片自动脱落后，移至新的 PBS，洗涤 7min/次，2 次，吸去残留 PBS，室温避光干燥；

15. 加 20 μ L DAPI- Antifade Solution 复染，盖上盖玻片；

16. 置于暗处反应 20min，在荧光显微镜下观察结果；DAPI 呈深蓝色荧光（ $A_{max} = 358, E_{max} = 461$ ），探针呈红色荧光（ $A_{max} = 570nm, E_{max} = 590nm$ ）。

注：镜下观察需要考虑滤光片和显微镜调节，请仔细观察；如不能及时观察结果，请将标本置于标本盒，用锡纸包好，-20 $^{\circ}$ C 冰箱放置，此方法储存的标本的荧光信号约可保留 2 个月。

注意事项：

- 1) 实验过程中部分试剂对人体有害，请注意穿着实验服和佩戴手套；
- 2) 冬季室温温度较低，可适当延长反应时间或置恒温箱中反应；
- 3) 滴加于标本上的试剂应覆盖整个标本，防止因试剂孵育不全而引起结果的偏差（可在滴加试剂后加盖盖玻片或封口膜）；
- 4) 本产品只供实验研究使用，不能应用于临床诊断或治疗。